

कार्यालय सचिव भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी
जिला शाखा भिण्ड (म०प्र०)

क्रमांक/आईआरसीएस/2011/
प्रति,

भिण्ड, दिनांक

श्रीमान् आयुक्त महोदय,
जन संपर्क संचालनालय
जनसंपर्क भवन
वाण गंगा रोड़ भोपाल म०प्र० ।

विषय- विज्ञप्ति प्रकाशन बाबत् ।
संदर्भ- आपका पत्र क्रमांक 3322 दिनांक 16-11-10

विषयांतर्गत निवेदन है कि जिला चिकित्सालय भिण्ड हेतु एक सी-आर्म मशीन क्रय किए जाने संबंधी निविदा प्रकाशन हेतु आपकी ओर भेजी जा रही है, इसके साथ ही निविदा प्रकाशन पर होने वाले व्यय का डिमांडड्राफ्ट क्रमांक-132808 दिनांक 15/3/11 रू. 11940/- ग्यारह हजार नौसौ चालीस मात्र आपकी ओर भेजे जा रहे हैं । कृप्या उक्त विज्ञप्ति अधिकतम वितरण वाले समाचार पत्र हों, उनमें प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।

- संलग्न/
1- डिमांडड्राफ्ट-क्रमांक-132808 दिनांक 15/3/11 रू. 11940/-
2- प्रकाशन बाबत् विज्ञप्ति ।

सचिव

भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी
जिला भिण्ड (म०प्र०)
भिण्ड, दिनांक 15/3/11

पृ०क्रमांक/आईआरसीएस/2011/ 8

प्रतिलिपि/-

डी०आई०ओ० एन०आई०सी० भिण्ड की ओर भेजकर निवेदन है कि प्रकाशित होने वाली विज्ञप्ति कृप्या वेबसायट पर डालने का कष्ट करें ।
संलग्न/- उपरोक्तानुसार-3

सचिव


भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी
जिला भिण्ड (म०प्र०)

कार्यालय सचिव भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी जिला भिण्ड (म0प्र0)
कमांक/आईआरसीएस/2011/9

भिण्ड दिनांक 14/3/11

(निविदा)

भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी शाखा भिण्ड द्वारा जिला चिकित्सालय भिण्ड हेतु एक सी-आर्म मशीन का कय किया जाना है, इस हेतु अधिकृत निविदाकारों से निविदा आमंत्रित की जाती है। आवेदन प्रपत्र दिनांक 24 मार्च 2011 से 2 अप्रैल 2011 को दोपहर 12.00 बजे तक कार्यालय से आवेदन शुल्क रु. 3000/- तीन हजार जमा कर एवं बेवसायट (www.bhind.nic.in) से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं, इस हेतु रु. 3000/- तीन हजार मात्र का डीडी जो कि सचिव भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी भिण्ड के नाम से देय हो, जमा कराना होगा। अधिकतम जानकारी कार्यालय अथवा इंटरनेट से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है। निविदाकार को अर्नेस्टमनी के रूप में रु. 50000/- पचास हजार मात्र का डीडी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र दिनांक 2/4/2011 को दोपहर 2.00 बजे तक जमा किए जावेंगे, एवं इसी दिनांक को सायंकाल 5.00 बजे कार्यालय सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक भिण्ड के कक्ष में समिति के समक्ष खोली जावेगी, निविदाकार चाहें, तो उपस्थित रह सकते हैं।



सचिव

रेडक्रॉस सोसायटी भिण्ड

सी-आर्म मशीन हेतु आवेदन प्रपत्र

प्रति,

सचिव

भारतीय रेडकॉस सोसायटी

शाखा भिण्ड ।

विषय :- सी-आर्म मशीन हेतु निविदा ।

महोदय,

विषयांतर्गत आपके द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार सी-आर्म मशीन हेतु मैं अपनी निविदा इस पत्र के संलग्न निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ ।


- 1- निविदाकार का नाम :-
- 2- पिता का नाम :-
- 3- निविदाकार का पूरा पता :-
- 4- आवेदन शुल्क राशि का डिमांडड्राफ्ट क्रमांक-----दि०-----राशि रू. 3000/-
- 5- अमानत राशि का डिमांडड्राफ्ट क्रमांक-----दि०-----राशि रू. 50,000/-
- 6- स्पेशीफिकेशन का संपूर्ण विवरण एवं अधिकृत होने का प्रमाणीकरण की छायाप्रतियाँ संलग्न करें ।
- 7- निविदा की राशि स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखा जावे :- रू.
शब्दों में रू० -----
- 8- निविदा प्रस्तुत करने का दिनांक लिफाफे पर अथवा यहाँ अंकित किया जाकर हस्ताक्षर किया जावे ।
- 9- निविदा प्रस्तुत करते समय निविदा राशि, एवं स्पेशीफिकेशन दस्तावेज के लिफाफे पृथक पृथक दिए जावें ।

दिनांक

निविदाकार के हस्ताक्षर

सी-आर्म मशीन एवं अन्य उपकरण हेतु आवश्यक शर्तें :-

- 1- निविदाकार सी-आर्म मशीन मय हाइड्रोलिक टेबल विथ रेडियोल्यूसेंट टेबलटॉप की दर दर्शायी जावें ।
- 2- निविदाकार मनमन ड्रिल सिस्टम की पृथक दर दर्शायी जावे ।
- 3- निविदाकार की फर्म अधिकृत होने संबंधी दस्तावेज संलग्न किए जावें ।
- 4- निविदाकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली निविदाओं पर स्वयं के हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें ।
- 5- न्यूनतम निविदा प्राप्त होने वाली निविदा अथवा क्वालिटी के आधार पर विचार किया जावेगा ।
- 6- निविदाकार की निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार समिति एवं कलेक्टर महोदय के पास सुरक्षित रहेगा ।
- 7- प्राप्त होने वाली निविदाओं में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर निविदा पृथम दृष्टया ही निरस्त कर दी जावेगी । जिसकी जिम्मेदारी निविदाकार की होगी ।
- 8- सी-आर्म मशीन मय रेडियोल्यूसेंट टॉप टेबल एवं मनमन ड्रिल को एक साथ अथवा अलग-2 स्वीकृत का अधिकार समिति को होगा ।



सचिव
भारतीय रेडकॉस सोसायटी
जिला शाखाभिण्ड (म०प्र०)

**(HIGH FREQUENCY (40 KGz) MOBILE C-ARM/ 9" IMAGE INTENSIFIER/100 FRAME
IMAGE MEMORY/ 2 NOS. 17" MONITORS/C-ARM COMPATIBLE HYDROLIC
TABLE/ACCESSORIES.)**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

(A)	IMAGE INTENSIFIER	
1.	IMAGE INTENSIFYING TUBE	9 Inches, Triple Field Normal = 9", Zoom1 = 6", Zoom2 = 4.5".
2.	Normal Entrance Field Size	23 cm
3.	Output image diameter	20 mm
4.	CCD Camera	High Resolution compact CCD Camera 1/2" Size. Pixel: 795 (H)X 596 (V)
5.	Monitor	2 Nos. 17", Monitor along with a trolley.
(B)	C-ARM MOBILE STAND	
1.	Rotation	+180 Degrees.
2.	Motorized Up/Down	430 mm
3.	Horizontal Travel	220 mm
4.	Are Orbital Movement	90 + 30
5.	Wig Wag	+ 12.5 Degrees.
(C)	X-Ray GENERATOR	
1. (a)	Tube Head (Monoblock)	40 KHz. Stationary Anode Tube of focal spot 0.6mm (FLR) & 1.5 mm (RAD)
(b)	Max. Voltage	110 KV
(c)	Fluoroscopic mA	0.1-3 mA (Normal Mode) Up to 7.5 mA in High Definition Mode
2.	INVERTOR	AC/DC Converter for H.F. X-Ray Generator.
(a)	Mains Voltage	230 V AC + 10% 50 Hz.
(b)	Max. output power	3.5 KW
-	CONROL	
1.	Digital Display of	<ul style="list-style-type: none"> - KV : 40 to 110. User Selectable. - mA. - Fluoro Time.
2.	Technic Selection	Fluoro & Rad. Mode Selection.
3.	Radiographic Timer	An inbuilt Rad. Timer enables to select to mAs in steps for Radiography.
4.	Fluoroscopic Timer	5 minites cumulative Timer with Buzzer.
5.	Fluoro mA	Continuously variable.
6.	Monoblock Temp. Sensor.	Thermal Safety cut off provided.
7.	Self Diagnostics	Various LEDs indicate the sequence of machine operation & highlight any errors.
8	Power supply	Single Phase 230 V, + 10% AC, 50Hz (Equipment Operatable on Standerd 15 Ampere Power Socket) with independent earthing.
9	Automatic Brightness Control	Provided to operate the Equipment in Automatic mode for Hands free operation.
(D)	DIGITAL IMAGE MEMORY SYSTEM:	
	100 Frame memory with the following features :	

	1- Feature of Live/Pulse/LIH
	2- Averaging 1 to 16 frame
	3- Contrast enhancement function
	4- Temp. & permanent storage up to 100 frame
	5- Negative image feature
	6- Zoom feature (X 2 & X 3)
	7- Mirror feature
	8- image rotation feature
	9- PAN drive provision
	10- Keep date & time
	11- PC connectivity through LAN port
E)	ACCESSORIES – following accessories are supplied the unit :- Six no. led aprons. One no. servo Voltage stabilizer of suitable rating.
F)	C-ARM COMPATIBLE OT. TABLE – One no. c-arm compatible hydraulic Table having radiolucent tabletop will be supplied with the unit.
G)	Manman drill system with Reamers. 1- manman drive unit includes motor, stand, foot control, flexible shaft, tool kit, oil bottle and special container. 2- Manman cannulated drill hand piece max speed 1200 rpm and fixed S.S. chuck (0-1/4") 3- Manman reaming hand piece with max. speed 400rpm cannulated, and A.O. type quick coupling. 4- Manman pistol grip saggital saw (sat of 5 blade) 5- Manman flexible reamer shaft 3mm dia. Fixed head. 6- Manman flexible reamer shaft for detachable heads up to 12mm. 7- Manman reamer heads, from 8.5mm to 12mm (set of 4)

K. K. Sharma

Secretary
Indian RedCross Society
Distt. Bhind (M.P.)